Gebrauchsanleitung für TRACHEOCUR® HME-CASSETTE

FORLIFE BERLIN

TRACHEOCUR® HME-CASSETTE
REF T136006

Die Gebrauchsanleitung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Patienten/Anwendern zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen!

INDIKATION/ZWECKBESTIMMUNG:
Einsatz bei spontan atmenden Patienten mit Trachealkanüle mit 22 mm Aufnahme oder Basisplatte mit 22 mm Aufnahme. Die TRACHEOCUR® HME-CASSETTE ist elektrisch nicht leitend.

Die TRACHEOCUR® HME-CASSETTE dient der Anfeuchtung, Erwärmung und Reinigung der Atemluft von laryngektomierten und tracheotomierten Patienten.

Darüber hinaus ermöglicht sie laryngektomierten Patienten mit Stimmprothese, mit dem Finger einen Verschluss herbeizuführen, so dass die Ausatemluft entsprechend durch die Stimmprothese zum Sprechen umgeleitet werden kann. Des Weiteren ist dies auch bei tracheotomierten Patienten möglich. Hier kann der Patient ebenfalls während der Ausatemphase mit seinem Finger einen Verschluss der HME-Cassette herbeiführen, um die Ausatemluft über die normalen Atemwege umzuleiten, um dann sprechen zu können.

ANWENDUNG:
Die TRACHEOCUR® HME-CASSETTE wird in die 22 mm Aufnahme einer Trachealkanüle oder Basisplatte eingesetzt (siehe Abbildung 1 und 2). Der Befeuchtungseffekt stellt sich nach wenigen Atemzügen ein.

REINIGUNG:
Die TRACHEOCUR® HME-CASSETTE ist ein Einwegprodukt. Sie ist aus hygienischen Gründen täglich zu erneuern. Bei einer Erhöhung des Atemwiderstandes durch Zusetzen der TRACHEOCUR® HME-CASSETTE mit Sekret ist ein vorzeitiger Austausch erforderlich. Eine Reinigung der TRACHEOCUR® HME-CASSETTE ist nicht möglich.

ENTSORGUNG:
Die Entsorgung der TRACHEOCUR® HME-CASSETTE darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

SICHERHEITSHINWEIS:
Ist die TRACHEOCUR® HME-CASSETTE verstopft oder zeigen sich andere Anzeichen einer Fehlfunktion, so ist die TRACHEOCUR® HME-CASSETTE unverzüglich zu entfernen und zu entsorgen. Sie darf nicht ein zweites Mal verwendet und auch nicht gereinigt werden. Die Verwendung von Desinfektionsmittel kann die TRACHEOCUR® HME-CASSETTE unbrauchbar machen.
Es besteht Infektionsgefahr bei zu langer Nutzungsdauer bzw. nicht zulässigen Reinigungsmaßnahmen.



Abbildung 1



Abbildung 2

Vertrieb durch:
FOR LIFE Produktions- und Vertriebsgesellschaft
für Heil- und Hilfsmittel mbH
Wendenschloßstraße 142
12557 Berlin
www.forlife.info

BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH
53819 Neunkirchen-Seelscheid
www.bmv-med.de

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

Product „Made in Germany“

Rev. 2016-01-01